ANALIZA BIAŁEK

100015988

# Laboratorium Analizy

**Klient:** Slavic Labs
**Numer zamowienia:** 100015988
**Nazwa:** SLAVIC LABS ADAMAX
**Ilosc próbek:** 1 fiolka

**Numer partii:** 2026/06/18
**Data przyjęcia:** 2026-07-08
**Data rozpoczęcia:** 2026-07-13
**Data zakończenia:** 2026-07-21

## Identyfikacja próbki

| Szukana substancja | Metoda pobrania próbki | Postać |
|---|---|---|
| Adamax | Próbka dostarczona przez klienta | Biały proszek w szklanej fiolce |

## Wyniki

| Substancja | Nazwa próbki | Ilość | Czystość |
|---|---|---|---|
| Adamax | SLAVIC LABS ADAMAX 20MG | 19,56mg | 99% |

## Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3 µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 19,56mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

## Zdjęcie badanej próbki

**Hasło dostępu**

R5B89M3K

**Analiza Białek sp. z o.o.**
**KRS:** 0000966168
**NIP:** 8992922970
**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając

ANALIZA BIAŁEK

100015988

## Chromatogram




## Metoda

| Czas | H2O + 0,1% TFA | ACN + 0,1% TFA |
|---|---|---|
| 0min | 95% | 5% |
| 2min | 95% | 5% |
| 12min | 5% | 95% |
| 15min | 5% | 95% |

**Hasło dostępu**

R5B89M3K

**Analiza Białek sp. z o.o.**
**KRS:** 0000966168
**NIP:** 8992922970
**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając