ANALIZA BIAŁEK

100015998

Laboratorium Analizy

Klient: Slavic Labs
Numer zamowienia: 100015998
Nazwa: SLAVIC LABS SS-31
Ilosc próbek: 1 fiolka

Numer partii: 2026/05/19
Data przyjęcia: 2026-07-08
Data rozpoczęcia: 2026-07-13
Data zakończenia: 2026-07-21

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
SS-31	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
SS-31	SLAVIC LABS SS-31 30MG	30,73mg	99%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3 µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 30,73mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki

Hasło dostępu

D3K1M79A

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając

ANALIZA BIAŁEK

100015998

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

D3K1M79A

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając