

ANALIZA BIAŁEK



Zeskanuj by zweryfikować



100018280

Laboratorium Analiz

Klient: Slavic Labs
Numer zamówienia: 100018280
Nazwa: SLAVIC LABS DSIP
Liczba próbek: 1 fiołka

Numer partii: -----
Data otrzymania: 2026-09-10
Data rozpoczęcia: 2026-09-18
Data zakończenia: 2026-09-22

Identyfikacja próbki

Substancja	Sposób pobrania próbki	Postać
DSIP	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiołce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Zawartość	Czystość
DSIP	SLAVIC LABS DSIP 5MG	5,15mg	99%

Komentarz do badania

Próbkę badaną naniesiono w ilości 3 μ l na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. W trakcie analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O i acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik poszukiwanej substancji. Jej zawartość, w porównaniu z chromatogramem wzorcowym, wynosi 5,15mg. Niepewność pomiaru wynosi +/-0,05mg. Aktualny stan próbki przesłanej do badania przedstawiono na zdjęciu poniżej.

Zdjęcie badanej próbki




Hasło

RMALGTME

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac



ANALIZA BIAŁEK




Zeskanuj by zweryfikować



100018280

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło

RMALGTME

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajęc